



NIPPON KAIJI KYOKAI  
**Certificate of Testing Machine**  
試験機検査証明書

No. TM20KK-0188 N KS

Date : 30 June 2020

THIS IS TO CERTIFY that the following testing machine was inspected on the 30th day of June 2020 by the undersigned Surveyor to the Nippon Kaiji Kyokai, Kitakyushu, in accordance with the requirements of the "Rules for the Testing Machines", and was found to be satisfactory.

下記試験機は、2020年6月30日、本会検査員によって、本会試験機規則に基づいて検査を受け、同規則に適合したと認められた。

**Type :**

型式： 一軸試験機 油圧式 縦形 切替6段 型名 TU-S

**Capacity :**

容量： 引張・圧縮 2000 kN

**Satisfactory ranges :**

合格したレンジ： 引張・圧縮 2000 kN, 1000 kN, 400 kN, 200 kN, 100 kN, 40 kN

**Manufacturer :**

製造者： JTTーシ 株式会社

**Manufacturing date :**

製造年月： 1995年6月

**Manufacturing No. :**

製造番号： T20945

**Owner's name and address :**

所有者名及び住所： 公益財団法人 福岡県建設技術情報センター  
福岡県糟屋郡篠栗町大字田中315番地1

**Place of inspection :**

検査場所： 公益財団法人 福岡県建設技術情報センター  
福岡県糟屋郡篠栗町大字田中315番地1

For identification, inspection mark and number were stamped as follows :

検査記章及び番号は、以下のとおり。

MR 1779 (M) T-95KK34

Surveyor,  
検査員

Y. Kizuka  
木塚 裕



This certificate will remain in force until the 30th day of June 2021.

本証明書は、2021年6月30日 まで有効である。